

LNDD	ENREGISTREMENT	Codification E-CC-10 Version C Date 09/05/2006 1/2
VERIFICATION DES PERFORMANCES INSTRUMENTALES EN CONFIRMATION GG/C/IRMS		

Numéro d'échantillon : 178107 995474

Numéro d'identification de l'appareil : 1507, I.A.F. 1

Instruction de confirmation : I. CONF. 3.1

1. Tone

Spécification : plateau du peak Centre ≥ 10 V

Tone conforme : oui non

2. Stabilité de l'instrument

Spécification: écart mesuré entre valeur maximale et valeur minimale du ratio 2/1 ≤ 0.5 %

Stabilité conforme : oui non

3. Précision de l'instrument

Code de la solution Mix Cal IRMS: 003

Valeurs obtenues (%) pour 3 injections:

	Décane	Undécane	Dodécane	Méthyldécanoate
Moyenne	-31.81	-31.46	-32.07	-31.67
Ecart-type	0.12	0.19	0.10	0.13

Spécification: écart-type d'au moins 3 alcanes ≤ 0.5 %

Précision conforme : oui non